


HPLC Analysis for V053402 Gefitinib

采集操作者 : 系统 序列行 : 4
样品操作者 : 系统
采集仪器 : LC-1100 位置 : 64
进样日期 : 2024/02/05 19:05:58 进样次数 : 1
进样量 : 10.000 µl
采集方法 : D:\ChemStation\1\Data\JFTN\JFTN 2024-02-05 17-11-02\JFTN.M
上次更改 : 2024/02/05 12:40:07 : 系统
分析方法 : D:\ChemStation\1\Data\JFTN\JFTN 2024-02-05 17-11-02\JFTN.M (序列方法)
上次更改 : 2024/02/05 9:54:59 : 系统
附加信息: 峰被手动积分



面积百分比报告

排序 : 信号
乘积因子 : 1.0000
稀释因子 : 1.0000
内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: DAD1 A, Sig=247,4 Ref=off

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	3.086	MM	0.1134	2.36152	3.47220e-1	0.0336
2	10.371	MM	0.1467	1.15114	1.30744e-1	0.0164
3	12.819	MM	0.2138	1.37481	1.07167e-1	0.0196
4	13.171	MM	0.2496	2.55241	1.70406e-1	0.0363
5	16.573	MM	0.1900	2.11783	1.85807e-1	0.0301

HPLC Analysis for V053402 Gefitinib

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
6	17.624	MM	0.2353	3.17162	2.24628e-1	0.0451
7	18.097	MM	0.4115	4.35535	1.76399e-1	0.0620
8	20.778	MM	0.2305	3.18542	2.30371e-1	0.0453
9	22.679	BB	0.1631	7003.72754	653.27643	99.6218
10	24.191	MM	0.1311	1.64412	2.09045e-1	0.0234
11	24.793	MM	0.1276	2.12481	2.77624e-1	0.0302
12	29.772	MM	0.1627	1.41099	1.44550e-1	0.0201
13	30.281	MM	0.1737	1.13587	1.09006e-1	0.0162

总量 : 7030.31342 655.58939